


## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Minimalne wymagania  
przy każdym określeniu rozumie się również „lub równoważne”

### Wykaz i opis środków ochrony indywidualnej objętych przedmiotem zamówienia

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
1	Żel do rąk o właściwościach antybakteryjnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>glicerynowy środek do dezynfekcji rąk w konsystencji żelu;</li> <li>formuła: nieklejąca się;</li> <li>zawartość alkoholu minimum 75%</li> <li>substancja czynna: aloes;</li> <li>pojemność opakowania – 250 - 300 ml;</li> <li>termin ważności: minimum do 31 marca 2021 r.</li> </ul>	539 szt.
2	Przyłbica ochronna	<ul style="list-style-type: none"> <li>regulowana wielkość;</li> <li>odporność na środki dezynfekujące w tym te zawierające alkohol;</li> <li>materiał: poliester;</li> <li>struktura: przezroczysta;</li> <li>zgodność z normą ISO3795;</li> <li>izolacyjność akustyczna ~ 40 dB;</li> <li>klasa palności: UL94 V-0;</li> <li>zakres temperatur: - 50 °C do 85 °C;</li> <li>absorpcja wody: maksymalnie 0,1%;</li> <li>grubość maksimum 175µm;</li> <li>gęstość: 50-60 kg/m<sup>3</sup>;</li> <li>termin ważności: minimum do 31 marca 2021 r.</li> </ul>	539 szt.
3	Maska ochronna FFP2	<ul style="list-style-type: none"> <li>wyposażenie w filtr typu KN95 według normy GB2625-2006;</li> <li>zgodność ze standardem FFP2 NR według normy EN 149:2001+ A1:2009 (UE);</li> <li>odporność na środki do dezynfekcji;</li> <li>współczynnik filtracji BFE 95% (efektywność filtracji bakteryjnej)</li> <li>bez zawartości lateksu i włókna szklanego;</li> <li>materiał hypoalergiczny;</li> <li>właściwości zatrzymujące cząsteczki o wielkości do 0,6 µm;</li> </ul>	1617 szt.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• termin ważności: minimum do 31 marca 2021 r.</li> </ul>	
4	Płyn do dezynfekcji rąk z atomizerem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• działanie wirusobójcze;</li> <li>• zawartość alkoholu minimum 75%</li> <li>• produkt atestowany i dopuszczony w Polsce;</li> <li>• pojemność opakowania- 100 ml–150 ml;</li> <li>• termin ważności: minimum do 31 marca 2021 r.</li> </ul>	539 szt.
5	Rękawiczki nitylowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rodzaj rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa;</li> <li>• surowiec: kauczuk butadienowo-nitylowy;</li> <li>• środek pudrujący: brak</li> <li>• zawartość protein: brak</li> <li>• ilość w opakowaniu jednostkowym: minimum 100 szt.;</li> <li>• powierzchnia: teksturowana na końcach palców;</li> <li>• wykończenie mankietów: równomiernie rolowany brzeg;</li> <li>• kształt: uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń;</li> <li>• AQL ≤ 1,5;</li> <li>• termin ważności: minimum do 31 marca 2021 r.</li> </ul>	<p>263 op. w rozmiarze M (7-8)</p> <p>276 op. w rozmiarze L (8-9)</p>

Zamawiany asortyment musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym w wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Wymagania te wskazane są na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19>